Oggetto: procedura aperta per il potenziamento e adeguamento delle reti di monitoraggio acque delle ST Provinciali di Catania, Palermo, Ragusa e Siracusa di ARPA Sicilia CUP E72D13000180006. Nota di chiarimenti

Visti i quesiti, concernenti il lotto 4 della gara in oggetto, di seguito sinteticamente riportati,

Quesito n. 3: ammontare complessivo dell'appalto e valore del lotto n. 4;

Quesito n. 4: periodo di garanzia e periodo di assistenza tecnica;

Quesito n. 5: significato della dicitura "banco ottico non in asse fra orifizio di entrata e rivelatore".

Si chiarisce quanto segue:

Quesito n. 3

L'ammontare complessivo del valore dei lotti è calcolato ai sensi dell'art. 29 del codice degli appalti come importo massimo pagabile comprendente anche tutte le opzioni.

Le opzioni, nella fattispecie in parola, sono i servizi e le forniture complementari e i servizi analoghi per i quali l'Amministrazione procederà solo all'individuazione degli offerenti ai sensi dell'art. 54, comma 1, del codice degli appalti riservandosi, al verificarsi delle ipotesi, di esperire le procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando di cui dell'art. 57, comma 3 lettera b) e comma 5, lettere a) e b), del codice degli appalti.

Con riferimento alle prestazioni di cui al capitolato, per le quali l'Amministrazione procederà, oltre che all'individuazione degli offerenti, anche all'aggiudicazione ai sensi del comma 2 del citato art. 54, viene invece calcolata la base d'asta, pari ad € 400.000,00 per il lotto n. 4.

Quesito n. 4

Garanzia ed assistenza tecnica sono due diverse fattispecie, entrambe afferenti agli interventi tecnici sulla strumentazione ma la prima attiene prevalentemente a guasti dovuti a difetti di costruzione, mentre il servizio di assistenza attiene alla manutenzione dell'attrezzatura richiesto per un ulteriore anno oltre il periodo di garanzia. (artt. 3 e 4 del capitolato).

Quesito n. 5

Con la dicitura "banco ottico non in asse tra orifizio di entrata e rivelatore" si chiarisce che è richiesta una geometria atta a determinare una opportuna angolazione tra la direzione del flusso delle molecole ionizzate in ingresso al sistema di rivelazione ed il rivelatore stesso.

Catania li 02.08.2013

Il R.U.P.

Dott. Antonino Brancato