QUESITO 1

Nel documento di gara deniminato"Prospetto economico degli oneri complessivi" l'importo del lotto n. 1 (iva esclusa) su cui applicare il ribasso è € 1.459.400,00. A questi vanno sommati € 200,00 per ottenere il totale netto pagabile a a.b. del lotto 1 di € 1.460.000,00 (oltre iva).

Questa cifra corrisponde a quella da Voi indicata nel recente avviso di errata corrige per il lotto 1, nonché a quanto previsto dal D.D.G. 142/14 di indizione della Gara.

Per il lotto 2 il suddetto "prospetto economico degli oneri complessivi" riporta che l'importo del lotto n. 2 (iva esclusa) su cui applicare il ribasso è € 215.800,00 . A questi vanno sommati € 200,00 per ottenere il totale netto pagabile a b.a. del lotto 1 di € 216.000,00 (oltre iva), in perfetta sintonia a quanto previsto dal D.D.G. 142/14 di indizione della gara (€216.000,00 oltre iva).

Questa cifra purtroppo **non** corrisponde a quella da Voi indicata nel recente avviso di errata corrige per il lotto 2, cioè € 195.800,00.

Vi chiediamo cortesemente di indicarci quali siano gli importi effettivi a base d'asta, iva esclusa.

Risposta al quesito 1

Si prende atto dell'errore materiale relativo alla cifra indicata quale soggetta al ribasso del lotto n. 2 e si procederà alla rettifica. Resta invariata la somma indicata per il lotto n. 1.

QUESITO 2

Nel documento di gara denominato "prospetto economico degli oneri complessivi" vengono indicate forniture e servizi complementari e aggiuntivi per un importo (iva esclusa) rispettivamente di € 170.000,00 per il lotto 1 e di € 134.000,00 per il lotto 2.

Vi chiediamo cortesemente di indicarci se queste forniture debbano essere valutate quantitativamente e/o quotate in fase di offerta, e, in questo caso vogliate indicarci dettagliatamente a cosa si riferiscono.

Risposta al quesito 2

Le opzioni, in quanto non attualmente prevedibili, non possono essere oggetto di valutazione economica, come specificato alle AVVERTENZE dell'art. 1, pag. 4 del Disciplinare di gara.

QUESITO 3

IL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE n. 142 del 22-04-14, avente come oggetto l'indizione della gara in questione, prevede (al punto 11) di:

"Pubblicare sul profilo di committente di ARPA Sicilia, <u>www.arpa.sicilia.it</u>, oltre al Bando di gara, in versione integrale, e al Disciplinare di gara con i relativi allegati anche t**utti gli atti**

progettuali nonché il presente provvedimento e procedere alla medesima pubblicazione sul sito internet www.euroinfosicilia.it trattandosi di fondi PO FESR."

Desideriamo evidenziare che non è stato pubblicato il documento di *calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio*, comunemente indicato Computo metrico Estimativo, la cui pubblicazione è prevista anche ai sensi dell'attuale DPR 207/2010.

Poichè, purtroppo, non ci è chiara la composizione dei beni e dei servizi costituenti la fornitura, sia in termini dei singoli elementi, sia delle corrispondenti quantità, Vi preghiamo di fornirci il suddetto Computo metrico o documento corrispondente che indichi chiaramente, per ciascun lotto, le singole voci che lo costituiscono e le relative quantità.

Risposta al quesito 3

Il calcolo della spesa per l'acquisizione dei beni e dei servizi messi a gara sono inseriti all'art. 1 pag. 3 del Disciplinare di gara, inoltre sono sinteticamente riportati nel prospetto economico degli oneri complessivi.

Il computo metrico estimativo è un documento tipico dei lavori e non di appalti di forniture di beni e servizi, come nel caso in parola.

Infine, la composizione dei beni e dei servizi messi a gara è chiaramente indicata nelle schede tecniche allegate al Capitolato.

QUESITO 4

Con riferimento alla "Procedura aperta per la fornitura di nuovi laboratori mobili e strumentazione singola per l'adeguamento dei laboratori mobili esistenti per l'implementazione della rete di monitoraggio aria di Arpa Sicilia – <u>CUP</u> E79E13000390006 – LOTTO 1 –", con la presente si richiede il sequente chiarimento:

Visto l'art. 5 del Disciplinare di gara e più specificamente i "Requisiti di capacità tecnico professionale", si chiede conferma che, come indicato al punto d), la prestazione principale dell'appalto è quella relativa alla fornitura di attrezzature da laboratorio, come di fatto questa è la Categoria prevalente, e che quindi per le RTI verticali i valori indicati al punto 5.8 lettera a) devono essere posseduti almeno per il 60% dalla mandataria.

QUESITO 5

con riferimento alla "Procedura Aperta per la fornitura di nuovi laboratori mobili e strumentazione singola per l'adeguamento dei laboratori mobili esistenti per l'implementazione della rete di monitoraggio aria di ARPA SICILIA – CUP E79E13000390006

Lotto n. 1 CIG 5722257BD9 ", la presente per chiedere delucidazioni interpretative circa il requisito "d)", indicato a pag. 7 del Disciplinare di gara, relativo alla condizione di

possedere, da parte della mandataria della RTI, almeno il 60% di taluni requisiti per la partecipazione alla gara (art.5).

In particolare si chiede la conferma della necessità, espressa nel disciplinare, che la ditta mandataria della RTI possa, e debba, attestare:

- di avere effettuato, nel triennio 2011-2012-2013, forniture analoghe alla tipologia di forniture oggetto del lotto 1 ("Autoveicoli per usi speciali") per un importo pari ad almeno il 60% di euro 1.400.000,00;
- di avere effettuato, nel triennio 2011-2012-2013, almeno una fornitura di laboratori mobili per un importo pari ad almeno il 60% del valore minimo di euro 480.000,00 IVA esclusa.

Risposte ai quesiti 4 e 5

In relazione alla interpretazione del requisito d) dell'art. 5 del Disciplinare di gara relativo al possesso del 60% dei requisiti da parte della mandataria di R.T.I. ed in particolare in riferimento a quelli di capacità tecnico professionale del lotto n. 1, si comunica quanto segue:

In primo luogo si precisa che l'oggetto del lotto n. 1 consiste nella fornitura di tre nuovi laboratori mobili, chiavi in mano, pertanto, la classificazione dell'appalto ai sensi del regolamento (CE) n. 213/2008 rientra nel CPV che lo descrive 34144000-8 "Autoveicoli per usi speciali".

La suddivisione in categorie, di cui la fornitura delle attrezzature è la principale, viene descritta ai fini della percentuale della prestazione che è possibile subappaltare o concedere a cottimo e che deve essere dichiarata in gara.

In relazione alla capacità tecnico professionale la mandataria, quindi, deve aver effettuato il 60% delle forniture analoghe all'oggetto del lotto, in particolare per il lotto n. 1 deve aver effettuato forniture di autoveicoli ad uso speciale (comprendenti cioè qualsiasi tipo di autoveicolo da adibire ad un uso diverso da quello del semplice trasporto merci o passeggeri) per un importo totale almeno pari ad € 840.000,00 nel triennio 2011 – 2012 – 2013:

Per quanto riguarda la fornitura di punta invece si possono verificare 3 casi:

- a) La mandataria ha effettuato da sola una fornitura di laboratori mobili pari ad € 480.000,00 (la fornitura è considerata unica rispetto al compratore, non rispetto al numero di laboratori forniti);
- b) La mandataria ha effettuato una fornitura di laboratori mobili, pari ad € 480.000,00, con la/le stessa/e mandante/i con cui si presenta in gara;
- c) La fornitura di laboratori mobili, pari sempre ad un totale minimo di € 480.000,00, è stata effettuata dalle ditte che si presentano in R.T.I. separatamente e in tempi diversi ma per gli stessi autoveicoli e per lo stesso compratore (in tal caso è necessario che venga presentata nella busta A una dichiarazione in tal senso che verrà verificata ai sensi dell'art. 48 del codice degli appalti).

QUESITO 6

In merito ai requisiti di capacità tecnico professionale, paragrafo 5.8 del disciplinare di gara, il capitolato richiede di aver effettuato nel triennio 2011-2012-2013 forniture analoghe alla tipologia di forniture oggetto del lotto per il quale si presenta offerta. Con un vostro chiarimento avete precisato che per forniture analoghe si intendono autoveicoli ad uso speciale, senza precisarne la destinazione d'uso. Si richiede pertanto se per soddisfare il requisito è necessario che le referenze presentate siano relative ad autoveicoli ad uso speciale destinati al monitoraggio della qualità dell'aria (analogamente a quanto previsto dalla fornitura) o siano accettate referenze per qualsiasi tipologia di autoveicolo ad uso speciale, quali ad esempio autoambulanze, mezzi funebri e/o mezzi di trasporto medicinali.

Risposta al quesito 6

In merito ai requisiti di capacità tecnico professionale, paragrafo 5.8 del disciplinare di gara, il capitolato richiede di aver effettuato nel triennio 2011-2012-2013 forniture analoghe alla tipologia di forniture oggetto del lotto per il quale si presenta offerta. Con un vostro chiarimento avete precisato che per forniture analoghe si intendono autoveicoli ad uso speciale, senza precisarne la destinazione d'uso. Si richiede pertanto se per soddisfare il requisito è necessario che le referenze presentate siano relative ad autoveicoli ad uso speciale destinati al monitoraggio della qualità dell'aria (analogamente a quanto previsto dalla fornitura) o siano accettate referenze per qualsiasi tipologia di autoveicolo ad uso speciale, quali ad esempio autoambulanze, mezzi funebri e/o mezzi di trasporto medicinali.

QUESITO 7

A pagina nr. 2 del capitolato tecnico, SCHEDA n. 1, Lotto n. 1, punto B è riportata la seguente consistenza della fornitura:

- B) Strumentazione analitica per la misura della concentrazione di inquinanti aerodispersi:
- 1) Sistema analitico Gas massa trasportabile, a singolo quadrupolo con sorgente El interfacciato con
- 2) Sistema di intrappolamento campioni con auto campionatore e sistema di desorbimento;
- 3) sistema di insonorizzazione e protezione della pompa rotativa del gas massa.
- 4) Sistema di spettrometria di massa a trasferimento di carica protonica per il monitoraggio in continuo.

In considerazione del fatto che non vi è alcun riferimento alle quantità, si chiede di specificare se quanto sopra si debba intendere da fornire per ciascun laboratorio monile e pertanto che la quantità di ogni apparato sia pari a 3 o se si debbano intendere configurazioni differenti.

Risposta al quesito 7

A pag 2 del Allegato Schede tecniche, cui si fa riferimento, è espressamente indicato n° 3 laboratori mobili per il campionamento e l'analisi degli inquinanti aerodispersi.

Pertanto ciascun laboratorio mobile dovrà essere equipaggiato con tutta la strumentazione di cui al punto B,) le cui caratteristiche tecniche sono indicate dai punti B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10 nelle pagine seguenti.

QUESITO 8

A pagina nr. 2 del capitolato tecnico, SCHEDA n. 1, Lotto n. 1, punto B è riportata la seguente consistenza della fornitura:

- B) Strumentazione analitica per la misura della concentrazione di inquinanti aerodispersi:
- 1) Sistema analitico Gas massa trasportabile, a singolo quadrupolo con sorgente El interfacciato con
- 2) Sistema di intrappolamento campioni con auto campionatore e sistema di desorbimento:
- 3) sistema di insonorizzazione e protezione della pompa rotativa del gas massa.
- 4) Sistema di spettrometria di massa a trasferimento di carica protonica per il monitoraggio in continuo.

In considerazione del fatto che nel medesimo documento, al capitolo descrittivo della strumentazione, compaiono le descrizioni di un analizzatore di anidride solforosa, un analizzatore di ossidi di azoto, un analizzatore di monossido di carbonio, un analizzatore di ozono, un campionatore di polveri wind select e dei sensori meteorologici, si richiede di chiarire se:

- 1. a) Si debbano considerare le descrizioni di tali analizzatori, non essendo citati nell'elenco di consistenza della fornitura (pagina 2 delle Schede tecniche) dei refusi di stampa, e pertanto ritenerli esclusi dagli oggetti di fornitura;
- 2. b) Si debba considerare che rappresentano le possibili forniture opzionali (previste dal capitolato di gara), nel qual caso si richiede se debbano o meno essere descritti in offerta tecnica ed eventualmente le modalità con cui indicarne il prezzo in offerta economica

Risposta al quesito 8

Gli analizzatori non sono da considerare opzionali ma facenti parte della fornitura, infatti sono espressamente indicati alla lettera B): (La fornitura dovrà inoltre garantire la misura degli inquinanti aerodispersi previsti dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, completi di tutti gli impianti necessari per il funzionamento degli stessi)

QUESITO 9

Relativamente al lotto 1, con riferimento agli analizzatori di gas (SO2, NOx, O3, CO), qualora questi rappresentino le forniture opzionali e debbano essere descritti in offerta tecnica, si fa presente che le specifiche tecniche riportate nel capitolato tecnico di gara rimandano, per alcune caratteristiche non fondamentali, ad analizzatori unici nel mercato per marca e modello, (produttore Environnement S.A.) In considerazione delle finalità d'uso degli analizzatori (monitoraggio della qualità dell'aria in conformità alla normativa vigente) e della tutela dei criteri di concorrenza, si richiede se siano accettate, come d'altronde previsto nel lotto 2 per le medesime tipologie di analizzatori, tutte le apparecchiature che soddisfano i requisiti certificativi di legge e della normativa tecnica europea di riferimento, indipendentemente dalle peculiari e specifiche caratteristiche che differenziano a livello non sostanziale gli analizzatori dei vari marchi presenti sul mercato:

Risposta al quesito 9

Tutta la strumentazione analitica fornita deve essere rispondente a quanto previsto dall'allegato VI del D.Lgs 155/10, così come indicato nella scheda n. 1 Lotto n. 1 lettera B (La fornitura dovrà inoltre garantire la misura degli inquinanti aerodispersi previsti dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, completi di tutti gli impianti necessari per il funzionamento degli stessi)

QUESITO 10

Relativamente al lotto nr. 2, relativo alla fornitura di apparecchiature per adeguare due laboratori mobili di monitoraggio della qualità dell'aria esistenti, si fa presente che a pagina 15 delle specifiche tecniche, punto B.1 e B.2 è riportata la seguente consistenza della fornitura:

- B.1. Strumentazione integrativa da installare e resa funzionante sul laboratorio FIAT Iveco targa DP243DS
- B1.1. Misuratore campionatore automatico bicanale per la concentraizone in aria di particolato atmosferico, completo di sonde di prelievo e teste di prelievo PM1, PM2.5, PM10 da installare in sostituzione del campionatore bicanale esistente
- B.1.2 Nr. 1 analizzatore automatico della concentrazione in aria di SO2
- B.1.3. Nr. 1 analizzatore automatico della concentrazione in aria di CO
- B.2 Strumentazione integrativa da installare e resa funzionante sul laboratorio FIAT Iveco targa DP244DS
- B2.1. Nr. 1 analizzatore automatico in continuo della concentrazione di idrocarburi precursori dell'ozono (COV) C2-C12 completo di accessori per il suo funzionamento (generatore di idrogeno / generatore di aria di zero) e sistema di calibrazione.

Analogamente a quanto richiesto per il lotto 1, In considerazione che nel seguito del documento compaiono le descrizioni di apparecchiature non comprese nell'elenco di

consistenza della fornitura sopra riportato (fra l'altro apparecchiature di cui i laboratori mobili da integrare sono già equipaggiati!), si chiede di specificare se:

- 1. a) Si debbano considerare le descrizioni di tali analizzatori, non essendo citati nell'elenco di consistenza della fornitura (pagina 15 delle Schede tecniche) dei refusi di stampa, e pertanto ritenerli esclusi dalla gara;
- 2. b) Si debba considerare che rappresentano le possibili forniture opzionali (previste dal capitolato di gara), nel qual caso si richiede se debbano o meno essere descritti in offerta tecnica ed eventualmente le modalità con cui indicarne il prezzo in offerta economica

Risposta al quesito 10

La strumentazione da integrare sui laboratori mobili già in possesso di ARPA SICILIA, sono esclusivamente quelle indicate ai punti

B1.1. B.1.2 e B.1.3. per il mezzo TG DP 243 DS

е

B2.1. per il mezzo TG DP 244 DS

Le specifiche tecniche sono indicate nell'elenco complessivo della strumentazione riportato nel seguito del documento.

QUESITO 11

in relazione ai requisiti richiesti ed in particolare per quanto riguarda la "fornitura di punta", si chiede se può essere applicata, per analogia, a tale somma la rivalutazione ISTAT quanto già esplicitamente previsto per quanto attiene lavori edili (DPR 5/10/2010 n. 207 art.82). Tale richiesta risponde allo spirito del codice degli appalti pubblici che deve consentire la massima partecipazione evitando di restringere oltre lo stretto indispensabile il potenziale numero di aspiranti concorrenti come richiamato nella giurisprudenza a riguardo.

Risposta al quesito 11

L'art. 82 del DPR 207/2010 si riferisce espressamente ai lavori ed in particolare a quelli individuati dalla tabella di cui all'all. A dello stesso decreto, pertanto, non è possibile un'applicazione analogica del dettame normativo al caso "de quo".

Quesito 12

"Relativamente alle specifiche tecniche indicate nella procedura di gara e più specificamente agli analizzatori di gas (SO2, NOX, O3, CO) di cui ai punti B4, B5, B6 e B7 delle specifiche ufficiali di richiesta e fermo restando il dovere obbligatorio di rispetto delle normative esistenti e quindi di quanto previsto dall'allegato VI del D.Lgs 155/10 per ogni analizzatore sul mercato , si chiede conferma che quanto richiesto in specifica debba essere rispettato. Il chiarimento si rende necessario visto il –QUESITO 9- dove un richiedente esprime giudizi personali su cosa è o non è fondamentale e la risposta si limita alla conferma del rispetto ovvio delle norme. Come per le apparecchiature in B1 e B2 ed in tutta la GARA, prego esplicitare che le specifiche tecniche di gara devono essere rispettate". Art. 1 del capitolato speciale di gara : "Le caratteristiche minime dei beni sono descritte nelle schede tecniche allegate al presente Capitolato"

Risposta al quesito 12

così come indicato nella scheda n. 1 Lotto n. 1 lettera B ultimo paragrafo la fornitura dovrà garantire la misura degli inquinanti aerodispersi previsti dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, completi di tutti gli impianti necessari per il funzionamento degli stessi.