Con riferimento alla gara di cui all'oggetto, considerato che i generatori di idrogeno e di aria zero richiesti a completamento del sistema automatico di analisi di Composti Organici Volatili (COV) range C2-C12 sono apparati a servizio del sistema di analisi e necessari al suo corretto funzionamento, si richiede di confermare che sono accettabili generatori con caratteristiche parzialmente differenti da quelle indicate nella SCHEDA N. 1 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE CABINE E DELLA STRUMENTAZIONE ANALITICA allegata al Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale purché:

- i generatori di idrogeno e di aria zero proposti siano entrambi progettati e realizzati dallo stesso costruttore dei due analizzatori automatici dedicati alla separazione e determinazione di COV con numero di atomi di carbonio, rispettivamente, da C2 a C6 e da C6 a C12, nonché del sistema di calibrazione automatica del sistema di analisi;
- il costruttore di tutte le sopra indicate apparecchiature dichiari che i gas prodotti dai generatori di idrogeno e di aria zero proposti possiedono le caratteristiche più appropriate per assicurare il corretto funzionamento e le specifiche prestazionali dei sistemi di analisi e di calibrazione.

RISPOSTA

Per quanto alla richiesta *"*si richiede di confermare che sono accettabili …*"* si ritiene che tale domanda trovi rispondenza nel disciplinare di gara, art.8.3 *" "in conformità e coerenza con le modalità ed i requisiti minimi indicati nel Capitolato Speciale di Appalto"* – art.10, e le valutazioni nell'ambito delle proposte/offerte debbano essere affrontate nella fase di competenza della commissione di gara.