

REGIONE SICILIANA  
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 291 DEL 31/05/16

Integrazione al DDG n. 19 del 26/01/2016 "Affidamento per intervento tecnico di manutenzione straordinaria sullo strumento analitico "rilevatore in scintillazione liquida modello TRICARB 2900TR TR in dotazione al laboratorio di monitoraggio radioattività ambientale della ST di Palermo" CIG: Z 79182 EF 0E (prev. n. ITLSMZFI04-10474 del 16/11/2015 della ditta "PerkinElmer S.p.A.")

IL DIRETTORE GENERALE

(nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 118/gab del 30/07/2012)

VISTO l'art. 90 della legge regionale 03.05.01 n. 6, come modificato e integrato dall'art. 94 della legge regionale 16.04.2003, n. 4, e dall'art. 35 della legge regionale 31.5.2004 n. 9, d'istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia;

VISTO il Regolamento dell'ARPA Sicilia adottato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente n.165/Gab del 1 giugno 2005, pubblicato sulla GURS n. 29, parte I<sup>a</sup>, dell'8 luglio 2005;

VISTO il D.D.G. 315 del 13/06/2005: Presa d'atto "Approvazione del Regolamento di definizione dell'assetto organizzativo, della pianta organica e altri aspetti concernenti il funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia, ex art. 90 L.R. n. 6/2001 e successive modifiche e integrazioni";

VISTA la nota prot. 33608 del 19/05/2016, registrata al prot. ARPA al n. 32227 del 20/05/2016 con la quale l'ARTA ha autorizzato l'Agenzia alla gestione provvisoria del Bilancio 2016 fino al 31/05/2016, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 1 della L.R. n.9/2015, con insindacabile prerogativa posta in capo al Direttore di ARPA Sicilia, su cui ricade la piena e totale responsabilità dell'adozione dei relativi atti, l'individuazione di quelle voci di spesa che rivestono carattere di assoluta necessità, urgenza e indifferibilità;

VISTO il DDG n. 19 del 26/01/2016 "Affidamento per intervento tecnico di manutenzione straordinaria sullo strumento analitico "rilevatore in scintillazione liquida modello TRICARB 2900TR TR in dotazione al laboratorio di monitoraggio radioattività ambientale della ST di Palermo" CIG: Z 79182 EF 0E" alla ditta "PerkinElmer S.p.A." con sede in viale dell'Innovazione 3 cap. 20126 Milano – P.I. 00742090152, secondo il preventivo di spesa con identificato n. ITLSMZFI04-10474 del 16/11/2015, riportante la clausola di tutela "fatte salve le eventuali variazioni in corso di lavorazione per parti di ricambio non preventivate", per un costo pari a € 3.385,5 di cui € 2.775,00 quale imponibile e € 610,50 quale Iva al 22%;

VISTO che nel corso dell'intervento tecnico, la ditta ha diagnosticato un altro fattore di guasto non preventivato nella prima offerta economica, relativo al non funzionamento del tubo fotomoltiplicatore;

DATO ATTO che e per la sostituzione del detto ricambio, indispensabile per il ripristino della funzionalità dell'apparecchiatura analitica, la ditta, secondo preventivo di spesa con identificato n. ITFRZFO73-10136 del 27/05/2016, assunto al prot. ARPA al n.34097 del 26/05/2016, che nel dettaglio riporta i seguenti elementi:

- € 2.558,00 costo tubo fotomoltiplicatore;
- € 1.850,00 nuove ore di manodopera necessarie per la riparazione aggiuntiva;
- Il costo del viaggio è a carico della Perkin Elmer;

ha stimato un costo integrativo pari a € 4.249,26, di cui € 3.483,00 per imponibile e € 766,26 per IVA al 22%;

VISTA la relazione del dott. Antonio Sansone Santamaria, Dirigente Fisico Resp.UO Agenti Fisici della ST PA, trasmessa contestualmente in allegato al detto preventivo integrativo, che attesta la sopravvenuta necessità d'integrazione tecnica/manutentiva riguardo alla sostituzione di parti non preventivate, la rispondenza del rapporto tecnico della ditta "PerkinElmer S.p.A." e la congruità della spesa integrativa determinatasi. Detta relazione con l'annesso preventivo integrativo si allega al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 1);

**PRESO ATTO** che l'intervento è stato affidato ai sensi:

- ✓ dell'ex art. 125, comma 11 secondo capoverso, del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii., il quale stabiliva che per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, era consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
- ✓ del D.D.G. n. 350 del 15/06/2007 e ss.mm.ii. "disciplina relativa all'acquisizione in economia di beni e servizi e l'esecuzione in economia di lavori da parte dell'A.R.P.A. Sicilia", che all'art. 6 prevede nelle procedure di che trattasi, che si può prescindere dalla richiesta di più preventivi/offerte nel caso di nota specialità del bene o del servizio da acquisire in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato e/o quando l'importo presunto di spesa non superi l'ammontare di Euro 20.000,00 (limite elevato ad euro 40.000,00 dall'art. 4, comma 2 lettera m-bis), della legge n. 106 del 2011);
- ✓ del D.D.G. n. 75 del 26/02/2008 di adeguamento delle disposizioni agenziali in materia di acquisizioni in economia alle nuove soglie comunitarie in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti; aggiornamento delle Tabelle n. 1 e 2 allegate al D.D.G. n. 351/2007; abrogazione del D.D.G. 728 del 12/12/2007;

VISTO l'art. 36 comma 1 e comma 2 lettera a), del D.Lgs 50/2016 che stabilisce che per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

**RITENUTO** per i suddetti motivi, di dover integrare le somme riferite al costo di aggiudicazione del DDG n. 19 del 26/01/2016 di un importo aggiuntivo pari a € 4.249,26, di cui € 3.483,00 per imponibile e € 766,26 per IVA al 22%, affinché le somme definite per la liquidazione nei confronti della ditta "PerkinElmer S.p.A." con sede in viale dell'Innovazione 3 cap. 20126 Milano - P.I. 00742090152 - tel 02 36012500 FAX 0236012508 -, corrispondano a € 7.634,76, di cui € 6.258,00 per imponibile e € 1.376,76 per IVA al 22%;

**PRESO ATTO** che la spesa di cui sopra sarà imputata al conto cod. 23.02.04 "Manutenzione attrezzature scientifiche" della gestione provvisoria del Bilancio 2016 dell'Agenzia;

VISTO lo schema della lettera di conferma riguardo all'integrazione di spesa per il completamento del servizio affidato, che si allega al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 2);

**CONSIDERATO** che la spesa di che trattasi compete al Centro di Risorse Patrimonio;

#### DECRETA

Per i motivi citati in premessa che qui si intendono interamente trascritti:

1. Di Integrare il DDG. n. 19 del 26/01/2016, nella parte in cui prevede il costo dell'aggiudicazione, di un importo aggiuntivo pari a € 4.249,26, di cui € 3.483,00 per imponibile e € 766,26 per IVA al 22%;
2. Dare atto che l'onere economico conseguente, pari al costo di € 4.249,26, di cui € 3.483,00 per imponibile e € 766,26 per IVA al 22%, deve essere imputato al conto cod. 23.02.04 "Manutenzione attrezzature scientifiche" della gestione provvisoria del Bilancio 2016 dell'Agenzia.
3. Approvare lo schema di lettera di conferma riguardo all'integrazione di spesa per il completamento del servizio affidato, allega al presente decreto;
4. Dare, inoltre, atto che l'adozione del presente decreto costituisce spesa urgente e indifferibile, in quanto necessaria per consentire lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio della radioattività ambientale nell'ambito della rete nazionale di emergenza nucleare svolta dalla Struttura Territoriale di Palermo dell'Agenzia.
5. Autorizzare la SA2 ad emettere apposito mandato di pagamento in favore della predetta Ditta, a presentazione di fattura, dopo avere acquisito la documentazione a corredo da parte dell'Ufficio SA3 di ARPA Sicilia, previa verifica di conformità e sotto il profilo quantitativo, qualitativo e tecnico, da parte della ST di Palermo e attestazione di regolare fornitura da parte del RUP.
6. Dare, infine, atto della immediata esecutività del presente decreto per i motivi di cui al punto 4 del presente dispositivo.

**VISTA** la relazione del dott. Antonio Sansone Santamaria, Dirigente Fisico Resp.UO Agenti Fisici della ST PA, trasmessa contestualmente in allegato al detto preventivo integrativo, che attesta la sopravvenuta necessità d'integrazione tecnica/manutentiva riguardo alla sostituzione di parti non preventivate, la rispondenza del rapporto tecnico della ditta "PerkinElmer S.p.A." e la congruità della spesa integrativa determinatasi. Detta relazione con l'annesso preventivo integrativo si allega al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 1);

**PRESO ATTO** che l'intervento è stato affidato ai sensi:

- ✓ dell'ex art. 125, comma 11 secondo capoverso, del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii., il quale stabiliva che per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, era consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
- ✓ del D.D.G. n. 350 del 15/06/2007 e ss.mm.ii. "disciplina relativa all'acquisizione in economia di beni e servizi e l'esecuzione in economia di lavori da parte dell'A.R.P.A. Sicilia", che all'art. 6 prevede nelle procedure di che trattasi, che si può prescindere dalla richiesta di più preventivi/offerte nel caso di nota specialità del bene o del servizio da acquisire in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato e/o quando l'importo presunto di spesa non superi l'ammontare di Euro 20.000,00 (limite elevato ad euro 40.000,00 dall'art. 4, comma 2 lettera m-bis), della legge n. 106 del 2011);
- ✓ del D.D.G. n. 75 del 26/02/2008 di adeguamento delle disposizioni agenziali in materia di acquisizioni in economia alle nuove soglie comunitarie in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti; aggiornamento delle Tabelle n. 1 e 2 allegate al D.D.G. n. 351/2007; abrogazione del D.D.G. 728 del 12/12/2007;

**VISTO** l'art. 36 comma 1 e comma 2 lettera a), del D.Lgs 50/2016 che stabilisce che per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

**RITENUTO** per i suddetti motivi, di dover integrare le somme riferite al costo di aggiudicazione del DDG n. 483 del 31/12/2015 di un importo aggiuntivo pari a € 4.249,26, di cui € 3.483,00 per imponibile e € 766,26 per IVA al 22%, affinché le somme definite per la liquidazione nei confronti della ditta "PerkinElmer S.p.A." con sede in viale dell'Innovazione 3 cap. 20126 Milano – P.I. 00742090152 - tel 02 36012500 FAX 0236012508 -, corrispondano a € 7.634,76, di cui € 6.258,00 per imponibile e € 1.376,76 per IVA al 22%;

**PRESO ATTO** che la spesa di cui sopra sarà imputata al conto cod. 23.02.04 "Manutenzione attrezzature scientifiche" della gestione provvisoria del Bilancio 2016 dell'Agenzia;

**VISTO** lo schema della lettera di conferma riguardo all'integrazione di spesa per il completamento del servizio affidato, che si allega al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 2);

**CONSIDERATO** che la spesa di che trattasi compete al Centro di Risorse Patrimonio;

#### **DECRETA**


Per i motivi citati in premessa che qui si intendono interamente trascritti:

1. **Di Integrare** il DDG. n. 19 del 26/01/2016, nella parte in cui prevede il costo dell'aggiudicazione, di un importo aggiuntivo pari a € 4.249,26, di cui € 3.483,00 per imponibile e € 766,26 per IVA al 22%;
2. **Dare atto** che l'onere economico conseguente, pari al costo di € 4.249,26, di cui € 3.483,00 per imponibile e € 766,26 per IVA al 22%, deve essere imputato al conto cod. 23.02.04 "Manutenzione attrezzature scientifiche" della gestione provvisoria del Bilancio 2016 dell'Agenzia.
3. **Approvare** lo schema di lettera di conferma riguardo all'integrazione di spesa per il completamento del servizio affidato, allega al presente decreto;
4. **Dare, inoltre, atto** che l'adozione del presente decreto costituisce spesa urgente e indifferibile, in quanto necessaria per consentire lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio della radioattività ambientale nell'ambito della rete nazionale di emergenza nucleare svolta dalla Struttura Territoriale di Palermo dell'Agenzia.
5. **Autorizzare** la SA2 ad emettere apposito mandato di pagamento in favore della predetta Ditta, a presentazione di fattura, dopo avere acquisito la documentazione a corredo da parte dell'Ufficio SA3 di ARPA Sicilia, previa verifica di conformità e sotto il profilo quantitativo, qualitativo e tecnico, da parte della ST di Palermo e attestazione di regolare fornitura da parte del RUP.
6. **Dare, infine, atto** della immediata esecutività del presente decreto per i motivi di cui al punto 4 del presente dispositivo.

7. **Disporre**, nelle more della disciplina definitiva dei controlli degli atti dell'A.R.P.A. Sicilia, la trasmissione del presente decreto all'A.R.T.A. – Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente per l'esercizio dei compiti di vigilanza ex punto 2 dell'art. 90 Legge Regionale n° 6/2001 ed al Collegio dei Revisori.


Il RUP e Dirigente Responsabile della SA3

(Dott. Vito Ciringione)




Per la regolarità contabile

(Dott. Vito Ciringione)



Il Direttore Generale

(Dott. Francesco Licata di Baucina)





S.A. 3 Patrimonio, Provveditorato ed Economato

Via San Lorenzo n. 312 -90146 - Palermo  
tel. 091 598260 – 091 6563582 – fax. 091 6574146

Titolario 10.02.00

Anticipata via FAX n. 02 36012508

Spett. "PerkinElmer S.p.A."  
viale dell'Innovazione 3  
cap. 20126 Milano  
tel 02 36012500 - FAX 02 36012508

e p.c. Al Direttore ST PA  
sede

**Oggetto:** Conferma d'ordine riguardo all'integrazione di spesa DDG n. 19 del 26/01/2016 "Affidamento per intervento tecnico di manutenzione straordinaria sullo strumento analitico "rilevatore in scintillazione liquida modello TRICARB 2900TR TR in dotazione al laboratorio di monitoraggio radioattività ambientale della ST di Palermo"" CIG: Z 79182 EF 0E

**PREMESSO** che

con DDG n. 19 del 26/01/2016 è stato affidato a codesta ditta il servizio di "Manutenzione Straordinaria, per il ripristino della funzionalità dello strumento analitico "rilevatore in scintillazione liquida modello TRICARB 2900TR TR (s/n DG11072291, inv. ARPA n. 1691) in dotazione al laboratorio di monitoraggio radioattività ambientale della ST di Palermo" CIG: Z 79182 EF 0E - " per un costo pari a € 3.385,5 di cui € 2.775,00 quale imponibile e € 610,50 quale Iva al 22%;

- nel corso dell'intervento tecnico, codesta ditta ha diagnosticato un ulteriore fattore di guasto non preventivato nella prima offerta economica, relativo al non funzionamento del tubo fotomoltiplicatore;
- per la sostituzione del detto ricambio, indispensabile per il ripristino della funzionalità dell'apparecchiatura analitica, codesta ditta, secondo il preventivo di spesa con identificato n. **ITFRZFO73-10136 del 27/05/2016**, assunto al prot. ARPA al n.34097 del 26/05/2016 ha stimato un costo integrativo pari a € **4.249,26**, di cui € 3.483,00 per imponibile e € 766,26 per IVA al 22%;
- la relazione del dott. Antonio Sansone Santamaria, Dirigente Fisico Resp.UO Agenti Fisici della ST PA, conferma la sopravvenuta necessità d'integrazione tecnica/manutentiva riguardo alla sostituzione di parti non preventivate.

si comunica che in esecuzione al Decreto del Direttore Generale n. del l'importo complessivo riconosciuto per "Affidamento in oggetto, onnicomprensivo d'integrazione per costi aggiuntivi per ulteriore fattore di guasto, è da intendersi pari a € **7.634,76**, di cui € 6.258,00 per imponibile e € 1.376,76 per IVA al 22%

Detto importo complessivo è determinato dalla somma della seguente spesa:

1. spesa riconosciuta in fase di affidamento del servizio, pari a € **3.385,5** di cui € 2.775,00 quale imponibile e € 610,50 quale Iva al 22% < **DDG n. 19 del 26/01/2016 -- " CIG: Z 79182 EF 0E >**
2. spesa riconosciuta dei costi aggiuntivi per ulteriore fattore di guasto, è da intendersi pari a € **4.249,26**, di cui € 3.483,00 per imponibile e € 766,26 per IVA al 22%, < **DDG n. del 2016 -- CIG: : Z 79182 EF 0E >**

Si invita, pertanto, codesta Ditta a voler provvedere con urgenza al servizio de quo, entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della presente, presso la **Struttura Territoriale di Palermo** sita in via **Nairobi n. 4. Tel.: 091 7033509 - Fax 091 7033345..**

La Ditta dovrà dare immediata comunicazione all'Amministrazione della data in cui verrà svolto il servizio presso la Struttura Territoriale di Palermo, a mezzo fax.

La verifica sulla corretta esecuzione e sull'espletamento del servizio di che trattasi, è affidata al **Direttore della ST PA**, Cell. 320 4391312, il quale dovrà inviarla in copia alla SA3.

In caso di colpevole ritardo, sarà applicata una penale per ogni decade di ritardo pari all'1%.

Il pagamento, sarà eseguito previa acquisizione della fattura, da emettere in formato elettronico, codice univoco UFSSDZ, intestata all'**ARPA Sicilia**, via San Lorenzo n.312- **90146 Palermo**, P. IVA: **05086340824**.

Si ricorda che la **fattura per essere liquidata dovrà riportare**

- Il numero e la data di Decreti di riferimento:  
**DDG n. 19 del 26/01/2016** - di affidamento, e **D.D.G. n. del / /2016** di integrazione;
- Il numero del **CIG: Z 79182 EF 0E**;
- Il numero di conto corrente dedicato di cui si è data comunicazione.

N.B. In ordine agli obblighi di tracciabilità si richiama quanto già comunicato con la precedente lettera d'ordine

In ossequio agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010, così come integrata dal D.P.R. 187/2010, codesta Ditta dovrà produrre apposita **dichiarazione**, a firma del legale rappresentante, recante gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche nonché le generalità ed i codici fiscali dei soggetti eventualmente delegati ad operare su di essi. Detta dichiarazione, (debitamente accompagnata da copia fotostatica del documento d'identità, in corso di validità, del dichiarante ) dovrà, inoltre, prevedere:

- l'assunzione d'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., pena la nullità del contratto e le sanzioni di legge;
- **l'impegno a comunicare con massima tempestività le eventuali variazioni di conto corrente;**
- **l'impegno a dare immediata comunicazione all'Ente preposto della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.**


La presente lettera d'ordine integrativa, viene inviata in duplice copia, **acquisterà validità solo se restituita ad ARPA con la controfirmata dal legale rappresentante di codesta Ditta per presa visione e accettazione, corredata delle dichiarazioni di cui sopra.**

Il Dirigente Responsabile della SA3  
Dott. Vito Ciringione

Per presa visione ed accettazione

Data

Timbro e firma



PerkinElmer Italia S.p.a - Viale dell'Innovazione,3 - 20126  
Milano  
Telefono : 800906642  
Fax: 800780311

e-mail a cui inviare il Vs. ordine:  
serviziitalia@perkinelmer.com

## Indirizzo di Spedizione :

Arpa Sicilia  
Dr Sansone  
U.O. Agenti Fisici  
Via Nairobi, 4  
Palermo, 90129

Telefono : x  
Fax:  
e-mail: asansone@arpasicilia.it

Modello : Tricarb 2900

Numero di Serie : DGH1073291

Rappresentante PerkinElmer : Fabrizio Zanelli

Data Offerta : 04/04/2016 Data scadenza : 04/05/2016

e-mail: Fabrizio.Zanelli@perkinelmer.com

Voce	Q.tà	Codice Parte	Descrizione	Prezzo Unitario	Prezzo Netto
1	0,5	SV000073C	Daily Charge	€ 1.850,00	€ 925,00
2	1	4204331	PHOTOMULTIPLIER TUBE (MUST TEST)	€ 2.358,00	€ 2.558,00
				Sub Totale	€ 3.483,00
				Totale Netto	€ 3.483,00

Timbro e Firma Cliente

Data

Numero d'Ordine

CIG (Codice Identificativo Gara)

CUU (Codice Unico Ufficio)

CUP (Codice Unico Progetto)

Note : Offerta per completamento riparazione Tricarb 2900. Relativamente al problema di non funzionamento dell'alimentatore del tubo fotomoltiplicatore, che potrebbe dipendere anche da un malfunzionamento del fotomoltiplicatore stesso, è stata quotata la parte con costo maggiore (tubo fotomoltiplicatore), per evitare di dover eseguire una nuova offerta, resta sottinteso che verrà addebitato il costo della parte che verrà usata per la riparazione (da quanto diagnosticato il power supply) che avrà sicuramente un costo minore di quella quotata.

Il guasto riscontrato non poteva essere preventivato in anticipo in quanto lo strumento era inizialmente completamente non funzionante, per un problema al disco fisso del computer interno, risolto con l'intervento del 31 Marzo.

L'intervento precedente, quotato con preventivo ITSMZF104-10474 comprendeva fino ad un massimo 12 ore di viaggio + lavoro, interamente utilizzate nei giorni 29/31 Marzo e 1 Aprile. Il totale delle ore di viaggio + lavoro nel verbale di intervento 1320041988 risulta di 19 ore totali, quindi ben superiore al massimo di 12 ore che era oggetto dell'ordine ricevuto. L'eccedenza di 7 ore, quantificabile in ulteriori 1850 €, era già stata da noi ignorata e non addebitata, in considerazione di alcuni ritardi nell'esecuzione dell'intervento tecnico e per favorire comunque il vostro Istituto.

Sempre a titolo di maggior favore nel nuovo preventivo che vi è stato inviato (ITFRZF073-10136) non è stato considerato il tempo di trasferta, avendo quantato solamente le ore di lavoro necessarie alla mera riparazione (codice SV000074C corrispondente a 4 ore di lavoro/viaggio) e la parte di ricambio considerata giusta.

Confermiamo quindi la quotazione già inviata, con numero ITFRZF073-10136, come la minima necessaria per l'esecuzione del nuovo intervento per i motivi sopra esposti, prendendosi Perkin Elmer carico dei costi della nuova trasferta presso i vs laboratori.

QUESTA OFFERTA SI INTENDE DI MASSIMA E NON VINCOLANTE. NEL CASO IN CUI DURANTE L'INTERVENTO DOVESSERO RISULTARE NECESSARIE EVENTUALI PARTI DI RICAMBIO E/O ORE ECCEDENTI RISPETTO A QUANTO PREVENTIVATO, PERKINELMER PROVVEDERA' AD EMETTERE REGOLARE CONSUNTIVO DI SPESA RISERVANDOSI DI PROCEDERE ALLA FATTURAZIONE, IN ASSENZA DI RISCONTRO, DOPO 5 GIORNI LAVORATIVI.

PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA.

TERMINI DI PAGAMENTO RISPETTANO I CRITERI PREVISTI DALL' ANAGRAFICA INSERITA NEL NOSTRO SISTEMA

PER POTER PROCEDERE AL LAVORO IN OGGETTO, RIMANIAMO IN ATTESA DI UN VOSTRO ORDINE DI ACQUISTO, NEL  
QUALE SARA' VOSTRA CURA CITARE IL RIFERIMENTO DELLA PRESENTE OFFERTA. IN ALTERNATIVA, POTRETE  
SOTTOSCRIVERE PER ACCETTAZIONE LA NOSTRA OFFERTA COMMERCIALE; IN TAL CASO PERKINELMER SI RISERVA  
DI PROCEDERE ALLA FATTURAZIONE DELL'INTERVENTO ANCHE IN ASSENZA DI UN NUMERO D'ORDINE O DI ALTRO  
VOSTRO RIFERIMENTO INTERNO.



**Relazione tecnica e di congruità economica  
su fornitura alla ST di Palermo della manutenzione di un sistema Perkin Elmer Tricarb 2900**

In relazione alla offerta di Assistenza Tecnica (n. ITFRZF073-10136 prot Arpa Sicilia 34097 del 26/05/16) di integrazione per i lavori di manutenzione di un sistema Perkin Elmer Tricarb 2900 TR in dotazione alla ST PA si evidenzia che l'intervento già effettuato dalla ditta Perkin Elmer ha risolto parzialmente il non funzionamento dell'apparecchiatura che in precedenza non risultava in alcun modo attivabile.

Dopo l'intervento effettuato la Perkin Elmer ha sostituito il disco fisso e ripristinata l'accensione dello strumento.

Durante le verifiche di funzionamento la sezione per la lettura dei segnali in scintillazione liquida è risultata non funzionante e tale malfunzionamento può essere causato da un guasto alla scheda di alimentazione del fototubo o ad un guasto del fototubo stesso.


Per quanto su riportato la ditta Perkin Elmer ha quotato la sostituzione del fototubo riservandosi, dopo avere sostituito la scheda di alimentazione, di verificare se tale sostituzione sarà sufficiente o se sarà necessario effettuare la sostituzione anche del fototubo.

Si ritiene urgente il ripristino di tale strumentazione in quanto non si dispone di altro strumento analogo e poiché tale strumentazione è utilizzata per le attività di controllo e monitoraggio della radioattività ambientale nell'ambito della rete nazionale di emergenza nucleare.

L'intervento proposto dalla ditta Perkin Elmer con l'offerta suddetta è ritenuto idoneo alla soluzione del problema.

Si ritiene infine congrua la spesa quantificata nella suddetta offerta.

Palermo 27/05/16

  
dr. Antonio Sansone Santamaria  
Dirigente Fisico  
Resp. UO Agenti Fisici STPA