

ALLA SG 4

Prot.  
Del

ARPA SICILIA - Dir. Generale



Tit. 10.02.00 Interno  
Nr.0080053 Data 14/12/2016

**Oggetto:** indagine di mercato per la fornitura e posa in opera di n. 1 Sistema di Spettrometria gamma portatile con rivelatore al germanio iperpuro.

Questa Amministrazione deve procedere all'acquisto di n. 1 Sistema di Spettrometria gamma portatile con rivelatore al germanio iperpuro da destinare alla Struttura Territoriale di Palermo.

A tal fine intende verificare:

- 1) Se le caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura di che trattasi sono possedute da più operatori economici;
- 2) Se le caratteristiche possedute sono collimanti con quelle descritte nell'allegata scheda tecnica;
- 3) Il costo orientativo di mercato dell'apparecchiatura ( non il prezzo a listino);

Qualora la ditta dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute dovrà segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni. A tal proposito si raccomanda che non occorre inviare le schede tecniche con le caratteristiche possedute. Pertanto la ditta dovrà contrassegnare nell'apposita griglia tecnica, allegata alla presente, nella casella di riferimento con SI se possiede la caratteristica tecnica richiesta e risulta essere collimante o con un NO se la caratteristica tecnica non è posseduta ed in tale ipotesi indicare l'eventuale elemento tecnico che risulta equivalente (che assolve comunque alla funzione richiesta).

La risposta in merito al possesso delle caratteristiche deve seguire l'ordine e le indicazioni numeriche riportate nella scheda tecnica; ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

La presente indagine di mercato verrà pubblicata sul sito aziendale.

Si resta in attesa di riscontro alla presente con urgenza e comunque non oltre il 31.12.2016 al seguente indirizzo mail: [vciringione@arpa.sicilia.it](mailto:vciringione@arpa.sicilia.it).

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

Si chiede altresì di volere comunicare allo scrivente ufficio se la ditta è iscritta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

Il Direttore SA3  
(Dott. Vito Ciringione)