

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE



DECRETO N° 47

DEL 28/01/2020

OGGETTO: Indizione di richiesta di offerta (RDO) sul Mercato elettronico MePA, finalizzata all'acquisizione dei migliori preventivi per il successivo affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, avente ad oggetto la fornitura di un "una muffola da Tmax 1200°C _ Lotto 1 e una stufa da Tmax 300°C _lotto 2" destinate ai Laboratori Area Mare di ARPA Sicilia ST3.

Lotto 1 CIG:Z242BB14DC

Lotto 2 CIG:Z7E2BB1596

<p>Su richiesta della Struttura SA3 c/to ST3</p> <p>PROPOSTA di Decreto n.09 DEL23 /01/2020</p> <p>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p> <p> Il coll. tecnico Giovanna Mirabile</p> <p>IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA SA3</p> <p>Dott. Pietro Testai </p>	<p>S.A.2 CONTABILITA' E BILANCIO</p> <p>Autorizzazione spesa del <u>28/01/2020</u></p> <p><input type="checkbox"/> Conto Economico__ conto cod. 01. 02. 22 "Attrezzature Sanitarie e Scientifiche"</p> <p>Importo base d'asta (€ € 7.930,00 iva inclusa)</p> <p>Lotto 1__ € 2.500,00 per imponibile € 550.00 per IVA al 22%</p> <p>Lotto 2__ € 4.000,00 per imponibile € 880,00 per IVA al 22%</p> <p><input type="checkbox"/> Conto Patrimoniale _____</p> <p>Importo _____</p> <p><input type="checkbox"/> Non comporta oneri di spesa</p> <p>Visto in quanto conforme alle norme di contabilità economico patrimoniale</p> <p>IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA</p> <p>Dott. Antonio Guzzardi </p>
--	--

In data 28/01/2020 nella sede legale dell'ARPA di Via San Lorenzo 312/g, 90146 - P.I. 05086340824

IL DIRETTORE GENERALE - Dr. Francesco Carmelo Vazzana

nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 263/GAB del 2 agosto 2017, assistito dal segretario SIG. MARRASANTO adotta il seguente decreto sulla base della proposta di seguito riportata:

PROPOSTA DI DECRETO DEL DIRIGENTE RESPONSABILE SA3

N°09 DEL 23/01/2020

OGGETTO: Indizione di richiesta di offerta (RDO) sul Mercato elettronico MePA di Consip, finalizzata all'acquisizione dei migliori preventivi per il successivo affidamento diretto ai sensi dell'ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, avente ad oggetto la fornitura di un "una muffola da Tmax 1200°C _ Lotto 1 e una stufa da Tmax 300°C _lotto 2" destinate ai Laboratori Area Mare di ARPA Sicilia ST3.

Lotto 1 CIG: Z242BB14DC

Lotto 2 CIG: Z7E2BB1596

Il Responsabile a interim della SA3

VISTA la richiesta prot. n. 67609 del 12/12/2019 avanzata dal Direttore della ST3, dott. Vincenzo Ruvolo, circa la necessità d'acquisto per i laboratori della ST 3 di ""una muffola da Tmax 1200°C e una stufa da Tmax 300°C" destinate ai Laboratori Area Mare di ARPA Sicilia ST3;

PRESO ATTO che la stessa nota precisa le caratteristiche generali del bene di che trattasi e riporta i preventivi acquisiti dalla stessa ST3 come preliminare indagine di mercato finalizzata alla stima economica, del singolo bene, da porre a base d'asta, valutato come segue:

lotto	bene	Valore Base d'asta	CIG
1	muffola	€ 4.000,00	Z242BB14DC
2	Stufa	€ 2.500,00	Z7E2BB1596

PRESO ATTO della presenza dei suddetti prodotti sul MEPA;

VISTO che in data 15/01/2020 la ST3 ha presentato presso la SA3 le schede Excel riguardanti il dettaglio delle specifiche tecniche dei beni di cui prima da riportare nella richiesta RDO_ MEPA;

VISTO l'art.32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, il quale prevede che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o, atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso, da parte sua dei requisiti di carattere generale, e il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

VISTO l'art. 36, comma 2 lettera a, del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. il quale stabilisce che per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

RITENUTO in conformità ai principi di non discriminazione, concorrenza e trasparenza, del codice appalti, di espletare richieste di RDO sul M.E.P.A. finalizzata all'affidamento diretto della fornitura secondo il criterio del prezzo più basso;

PRESO ATTO che con DDG n. 12 del 16/01/2020 è stato integrato e sostituito il DDG. N. 561 del 31/10/2019 di adozione del "*Bilancio economico previsionale 2020-2022 e il Bilancio Economico Pluriennale 2020/2022*";

PRECISATO che:

1. la spesa di cui sopra compete *al conto cod. 01. 02. 22 "Attrezzature Sanitarie e Scientifiche"* del Bilancio Economico di previsione 2020 dell'Agenzia;
2. trattandosi di richiesta di preventivi ARPA Sicilia si è riservata la facoltà di sospendere, modificare, revocare e/o annullare, a proprio insindacabile giudizio, tale procedura in qualunque momento, senza

che gli interessati alla presente indagine possano esercitare alcun diritto a titolo risarcitorio di indennizzo;

3. la presentazione dei preventivi costituisce un vincolo per l'operatore economico aderente alla manifestazione di interesse, mentre il medesimo non comporta impegni o vincoli di qualsiasi natura per l'amministrazione procedente;

VISTO

- ~ l'art. 90 della legge Regionale 03.05.01 n. 6 [Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA-Sicilia];
- ~ la L.R. n.4 del 16/04/2003 e in particolare l'art. 94 di integrazione e modifiche all'art. 90 della L. 6/2001;
- ~ la L. n.132 del 28/06/2016 e in particolare l'art. 3" Funzioni del Sistema Nazionale" e art. 7" Agenzie per la protezione dell'ambiente";
- ~ Il D.A. n. 239/GAB del 31/05/2019 (pubblici. in GURS parte I n. 31 del 05/07/2019) di approvazione del "Regolamento di organizzazione e Funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente ARPA Sicilia" adottato con DDG. n 192 del 30/04/2019 dal Direttore Generale di ARPA Sicilia;
- ~ Il DDG n. 361 del 05/07/2019 "Preso atto Adozione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente _ ARPA Sicilia ex art. 90 L.6/"001;
- ~ Il DDG n. 420 del 27/08/2019 "Adozione dell'articolazione e Funzioni gramma di Arpa Sicilia";
- ~ Il DDG n. 437 del 06/09/2019 di rettifica al DDG n. 420 del 27/08/2019;
- ~ il "funzioni gramma delle articolazioni organizzative di Arpa Sicilia" approvato con D.D.G. n. 376 del 12/11/2014, che identifica nel Direttore della SA3 il RUP di ogni procedimento, tranne che diversamente stabilito;
- ~ la nota prot. n. 8188 del 16/02/2018 che affida, ai sensi dell'ex art.18 co.5 del CCNL Dirigenza STPA, l'incarico ad interim di Responsabile della SA3 al dott. Pietro Maria Testai;
- ~ gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. in merito alla responsabilità del procedimento amministrativo;
- ~ l'art.31 del Codice, le prescrizioni contenute nelle Linee Guida n.3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni", emanate dall'ANAC con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016, e il Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2016;
- ~ la legge 13 agosto 2010, n.136 e, in particolare, l'art.3 a proposito della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- ~ il Piano Triennale di prevenzione della corruzione di ARPA Sicilia (2019/2021);
- ~ il Programma triennale Trasparenza e Integrità di ARPA Sicilia (2019/2021);

PRESO ATTO della regolarità dell'istruttoria, della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata;

PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono tutti integralmente ripetuti e trascritti di:

1. **Approvare** la documentazione di gara (Disciplinare, modello DGUE, allegato A ex art.80 Dlgs50, patto integrità) parte integrante del presente atto.
2. **Indire**, richiesta di offerta (RDO) sul Mercato elettronico MePA di Consip, finalizzata all'acquisizione dei migliori preventivi per il successivo affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs.



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

50/2016, avente ad oggetto la fornitura di un "Una stufetta da Tmax 330°C per il lotto 1 e di una muffola da Tmax 1200°C per il Lotto 2" destinate ai Laboratori Area Mare di ARPA Sicilia ST3.

3. **Stabilire** come criterio di aggiudicazione il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.lgs. 50/2016 trattandosi di fornitura ad alta ripetitività e standardizzata.
4. **Stabilire** che l'importo stimato a base d'asta ammonta ad € 6.500,00 oltre IVA stimata al 22% di cui € 4.000,00 afferente al Lotto 1 e € 2.500,00 afferente al lotto 2.
5. **Imputare** l'onere economico pari a € 7.930,00 di cui € **6.500,00** per imponibile e 1.430 per IVA al 22% *sul conto cod. 01. 02. 22 "Attrezzature Sanitarie e Scientifiche"* del Bilancio Economico di previsione 2020 dell'Agenzia.
6. **Stabilire** che la fornitura verrà aggiudicata alla ditta che avrà presentato l'offerta economica più bassa. A parità di offerta si procederà mediante sorteggio.
7. **Aggiudicare** la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida.

Il Responsabile della SA3

Dott. Pietro Testai

lotto	bene	CIG	Valore Base d'asta
lotto 1	muffola	Z242BB14DC	€ 4.000,00
lotto 2	Stufa	Z7E2BB1596	€ 2.500,00

1. OGGETTO DELLA FORNITURA

La gara ha per oggetto:

A lotto 1 la fornitura di un una muffola da Tmax 1200°C" destinata ai Laboratori Area Mare di ARPA Sicilia ST3 avente le seguenti caratteristiche tecniche minime.

SCHEDA TECNICA LOTTO 1 CIG: Z242BB14DC MUFFOLA DA LABORATORIO da Tmax 1.200°

CARATTERISTICHE GENERALI

- ✓ Tmax 1200 °C
- ✓ Riscaldamento almeno da due lati con piastre riscaldanti in ceramica
- ✓ Piastre riscaldanti in ceramica per resistenze elettriche a filo integrato, protezione da schizzi e dai gas combusti e facili da sostituire
- ✓ Isolamento multistrato in materiale di fibra ceramiche e componenti refrattari, il materiale utilizzato deve essere non classificati come cancerogeni conformi a TRGS 905, classe 1 or 2
- ✓ Corpo in lamiera strutturale d'acciaio inox
- ✓ Corpo a doppia parete a bassa dispersione termica per maggiore stabilità
- ✓ Porta ribaltabile (L), che può fungere da piano di lavoro
- ✓ Apertura regolabile per la presa d'aria nella porta
- ✓ Apertura per l'aria di scarico sulla parete posteriore del forno
- ✓ Riscaldamento silenzioso con relè a semiconduttore
- ✓ Interruzione del riscaldamento e alimentazione elettrica alla apertura della porta per eseguire carico e scarico della muffola in massima sicurezza
- ✓ Possibilità di registrazione dei dati di processo con USB flash drive

DOTAZIONI DI SERIE

- ✓ Camino di scarico, camino di scarico con ventilatore o catalizzatore
- ✓ Selettore-limitatore della temperatura con temperatura di spegnimento regolabile per la classe di protezione termica 2 in base alla normativa EN 60519-2 per proteggere il forno e i prodotti da temperature eccessive
- ✓ Controllo dei processi e documentazione tramite pacchetto software VCD per la programmazione dei profili termici il monitoraggio, la documentazione il controllo la visualizzazione e la registrazione della temperatura
- ✓ Selettore-limitatore della temperatura
- ✓ N° 01 Cavo di alimentazione
- ✓ Certificato di Conformità CE
- ✓ Manuale di istruzioni



- ✓ Certificato di Conformità norme EN 60519-2 __EN61010 e quante altre in materia di sicurezza per il prodotto di interesse
- ✓ Certificato di Garanzia almeno di 48 mesi

DIMENSIONI e Capacità elettriche di Funzionamento

- ✓ Dimensioni interne orientative _ largh. 230 profondità 340 altezza 170
- ✓ capacità l. 15
- ✓ Dimensioni esterne orientative larghezza 415 profondità 555 altezza 515
- ✓ Potenza non maggiore di KW 3,5
- ✓ Allacciamento monofase
- ✓ Peso orientativo kg. 40
- ✓ Minuti per raggiungere la Tmax minori e/o uguale a 105'

Firmato per validazione c/to ST3_la dott.ssa Giuseppina Marino

B_lotto 2 la fornitura di una stufa da Tmax 300°C destinata ai Laboratori Area Mare di ARPA Sicilia ST3, avente le seguenti caratteristiche tecniche minime.

SCHEDA TECNICA LOTTO 2 _ CIG: Z7E2BB1596 **STUFA DA LABORATORIO da Tmax 300°**

CARATTERISTICHE GENERALI

- ✓ Stufa di essiccazione e riscaldamento, a ventilazione forzata e convezione naturale adatta a tutte le applicazioni termostatiche dove necessita una particolare precisione.
- ✓ Struttura esterna in acciaio trattata con vernice epossidica antiacido.
- ✓ Struttura interna in acciaio inox AISI 304 con angoli arrotondati.
- ✓ Porta a doppio isolamento dotata di guarnizione in gomma siliconica per garantire ottima tenuta.
- ✓ Isolamento termico con fibra non classificata come cancerogena
- ✓ Controllo della temperatura tramite termoregolatore / programmatore digitale P.I.D. con funzione Auto tuning per garantire una buona stabilità.
- ✓ Range di temperatura da +5°C sopra ambiente a +300°C. Precisione a 105°C: $\pm 2^{\circ}\text{C}$, omogeneità $\pm 3,5^{\circ}\text{C}$,
- ✓ Precisione display $\pm 1^{\circ}\text{C}$.
- ✓ Il sistema deve essere dotato di un termostato di sicurezza regolabile (range da +50°C a +300°C) con allarme visivo e ripristino manuale.
- ✓ Ripiani interni antiribaltamento in acciaio regolabili in altezza.
- ✓ Pannello comandi isolato termicamente.
- ✓ Camino di sfiato con regolazione manuale del flusso.
- ✓ Elementi riscaldanti non a contatto con la camera interna ma in pre camera per garantire un riscaldamento uniforme.
- ✓ Foro scarico FUMI lato posteriore
- ✓ Foro sonda e/o Termometri lato superiore
- ✓ Interruttore generale bipolare con indicatore luminoso.
- ✓ Programmatore 16 step con interfaccia e software.
- ✓ Alimentazione 230V-50Hz
- ✓ Classe 2, DIN 12880.


DIMENSIONI e Capacità elettriche di Funzionamento

- ✓ Dimensioni orientative _ largh. 700 mm_ profondità 600mm__ altezza 750
- ✓ capacità compresa fra i 50/70 litri
- ✓ Alimentazione 230V-50Hz
- ✓ Classe 2, DIN 12880.
- ✓ Minuti per raggiungere la Tmax 16 min

DOTAZIONI D I SERIE

- ✓ N° 01 Cavo di alimentazione
- ✓ Certificato di Conformità CE
- ✓ Manuale di istruzioni
- ✓ Certificato di Garanzia almeno 48 mesi

Firmato per validazione c/to ST3_la dott. ssa Giuseppina Marino



2. LUOGO DI CONSEGNA

I beni oggetto della fornitura dovranno essere consegnati porto franco presso:

UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA ST3 AREA MARE via Agostino Barbarigo 90149 Palermo

3. REQUISITI GENERALI E CAUSE D'ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- - cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- - divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
- Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165

4. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto di ciascun Lotto, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora

l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Banca Intesa San Paolo Filiale – Palermo via Duca della Verdura, 2 – IBAN: IT32 Q030 6904 6021 0000 0046 059;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/impresa_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
- 2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art.30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 3) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

- c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103, co.1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato;
- 6) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, co. 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

1...1. ALTRE INFORMAZIONI

- ARPA Sicilia si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare e/o annullare, a proprio insindacabile giudizio, tale procedura in qualunque momento, senza che gli interessati alla presente indagine possano esercitare alcun diritto a titolo risarcitorio o di indennizzo.
- la presentazione delle offerte costituisce un vincolo per l'operatore economico aderente alla manifestazione di interesse, mentre il medesimo non comporta impegni o vincoli di qualsiasi natura per l'amministrazione procedente.
- Il concorrente dovrà compilare ed allegare il Modello A contenente autodichiarazioni.
- L'inizio delle operazioni di gara sarà comunicato a tutti i partecipanti attraverso l'apposita funzione presente nella piattaforma telematica di negoziazione Me.Pa.
- possono partecipare all'appalto tutti gli operatori economici abilitati sul Me.Pa. al momento della presentazione dell'offerta.
- La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà offerto il minor prezzo, salva la facoltà di verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta.
- Ai sensi del comma 8 dell'art.97 del d.lgs. n.50/2016 è prevista l'esclusione automatica delle offerte anomale.
- L'amministrazione si riserva di verificare l'idoneità tecnica del bene offerto prima dell'apertura della busta economica. A tal fine i concorrenti dovranno produrre apposita scheda tecnica del/i bene/i offerto/i corredata da scheda di confronto con la scheda tecnica allegata.

Sul presente atto viene espresso

Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Pietro Maria Testai



Parere favorevole

IL DIRETTORE TECNICO

Dr. Vincenzo Infantino



IL DIRETTORE GENERALE

- Vista la proposta di decreto che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- Preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Tecnico;
- Ritenuto di condividerne i contenuti;
- Assistito dal segretario verbalizzante;

DECRETA

APPROVARE la superiore proposta di Decreto così come formulata dal Dirigente Responsabile della UOC proponente dando mandato al Responsabile dell'Ufficio Decreti del Direttore Generale di predisporre gli adempimenti conseguenti l'adozione del presente Decreto.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Francesco Carmelo Vazzana



Il segretario verbalizzante



PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che il presente decreto, copia conforme all'originale, è stato pubblicato all'albo



dell'ARPA, ai sensi del Regolamento di cui al D.A. Territorio e Ambiente 1 giugno 2005 e per gli effetti dell' art. 26 l.n. 241 del 1990 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 a decorrere dal 29/01/2010 e fino al _____

L'incaricato della pubblicazione

Notificato al Collegio dei revisori il

Prot. N.

DECRETO NON SOGGETTO AL CONTROLLO	ESTREMI RISCONTRO TUTORIO
<p><input checked="" type="checkbox"/> Decreto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO Ai sensi dell'art 3 c° 12 Regolamento</p> <p><input type="checkbox"/> Decreto ESECUTIVO Ai sensi dell'art 3 c° 9 Regolamento</p>	<p>Decreto trasmesso all'Assessorato Territorio e Ambiente in data _____ Prot. n. _____</p> <p>decorso i 60 gg. previsti ex art. 3 c° 9 del Regolamento di Organizzazione</p> <p style="text-align: center;">SI ATTESTA</p> <p>Che l'Assessorato Territorio e Ambiente, esaminato il presente decreto</p> <p><input type="checkbox"/> ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato</p> <p><input type="checkbox"/> ha pronunciato l'annullamento con atto prot.n. _____ del _____ come da allegato</p> <p style="text-align: center;">SI ATTESTA</p> <p><input type="checkbox"/> il Decreto si intende approvato per decorrenza dei termini previsti ai sensi dell'art. 3 c° 9 del Regolamento di Organizzazione</p>

L'incaricato dell'Ufficio Decreti del Direttore Generale